

平成 29 年 4 月 吉日

お得意先各位



「NE クランプ」パッド部分素材変更についてのお知らせ

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、「NE クランプ」をご使用いただいている施設様よりご指摘のあった下記の点につきまして、改善に繋がる部材を開発する事ができました為、製品仕様を下記の通り変更させていただきますので御了承の程、宜しくお願ひ申し上げます。

■現行 NE クランプのご指摘箇所

- ・点圧迫のパッドが消毒により黄変・ベタつきが発生し剥がれ易くなる。
- ・パッド部に血液・薬剤などが入り込み、洗浄し難い。

■変更内容

- ・本体圧迫部分に装着されている丸型パッドの素材・高さを変更致します。

新素材 : ポリウレタン ⇒ EEA (エチレンエチルアクリレート)

パッド部厚さ : 2.5mm ⇒ 2.35mm

現在の部材 (ポリウレタン) が薬剤に弱く、粘着材と本体との接着力が低かったのに対し
新素材の EEA (エチレンエチルアクリレート) は対薬品性も高く、接着力も向上します。

※安定力が増すよう僅かに高さを低く変更致します。

※EEA はマウスピースや食品包装資材などにも使用されている安全な素材です。

■切替時期について

- ・2017 年 6 月 1 日製造分 (製造ロット : 170601) より

商品名	サイズ	カラー	切替製造ロット
NE クランプ	M	グリーン	170601
NE クランプ	L	ブルー	170601

末筆ながら、皆様の一層のご繁栄をお祈り致します。
今後共、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

【次亜消毒後の比較画像】



現行素材

新素材

敬具

■本件に関するお問合せ先

日本衛材株式会社 営業部

TEL : 042-666-5500 Mail : info@eizai.co.jp